

SERVICE- OCH TESTSCHEMA

Detta schema gäller för andningsapparater för vattendykning.

Schemat visar den av Interspiro rekommenderade lägsta nivån för service och testning.
Lokala krav och bestämmelser kan avvika från detta på grund av regelverk och miljöfaktorer.
Vid frågor kontakta Interspiros lokala representant.

# APPARAT / KOMPONENT	FÖRE BRUK	EFTER BRUK	Förebyggande underhåll		
			VARJE ÅR	VART 6:e ÅR	VART 8:e ÅR
1 Dykapparat, komplett	K	R I K	I II T		
2 Tryckregulator & varningenheter				U II	
a. Flaskanslutning			U		
b. Frysskydd			U		
c. Mellantrycksslangar	I		I II+III		
d. DP1 slangdykssystem, slangar			I II		U
3 Helmask & Andningsventil		D I I	U	U	
4 Bärställ / BC	K	I	I		
5 Flaskor / Flaskpaket		I	I		
a. Flaskor			Återkommande kontroll i enlighet med nationell lagstiftning.		
b. Flaskventil, servicedelar			Service bör göras med samma periodiska intervall som för flaskor/flaskpaket. Dock minst vart sjätte år.		

K = Kort användartest

R = Rengöring

I = Inspektion

D = Desinficering

T = Prestandatest som utförs med en kalibrerad testutrustning

U = Utbyte av servicedelar enligt Servicemanual

I Vid behov.

II Hänsyn måste tas till användningsmiljön och hur ofta apparaten är i bruk. Frekvent användning och/eller användning i skadliga miljöer kan leda till kortare inspektions-/underhållsintervaller.

III Mellantrycksslangar äldre än 15 år (från tillverkningsdatum) skall inte användas.

